



170015143937

报告编号: Z2020K0417

检 验 报 告

TEST REPORT

委托单位 西安宝莱特光电科技有限公司

产品名称 一次性使用医用口罩

规格型号 平面型耳挂式 17.5cm×9.5cm

检验类别 注册检验 (√) _____

 监督抽验 () _____

 其他检验 () _____



陕西省医疗器械质量监督检验院
Shaanxi Institute of Medical Device Quality Supervision and Inspection




陕西省医疗器械质量监督检验院

检 验 报 告

报告编号: Z2020K0417


共 3 页 第 1 页

*样品名称	一次性使用医用口罩		样品编号	Z2020K0417
	送样 (√)	抽样 (/)		
*商 标	/		*规格型号	平面型耳挂式 17.5cm×9.5cm
委 托 方	西安宝莱特光电科技有限公司		检验类别	注册检验
委托方地址	西安市高新区定昆池三路1199号		*产品编号	/
			*产品批号	20200302
*生产单位	西安宝莱特光电科技有限公司		抽样单编号	/
受检单位	/		生产日期	20200313
抽样地址	/		样品数量	140只
*抽样地点	/		抽样基数	/
抽样日期	/		检验地点	本检验院实验室
收样日期	2020-03-19		检验日期	2020.03.19
检验项目	物理项目			
检验依据	西安宝莱特光电科技有限公司《一次性使用医用口罩产品技术要求》			
检验结论	<p style="text-align: center;">被检样品所检项目符合西安宝莱特光电科技有限公司《一次性使用医用口罩产品技术要求》的规定。</p> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">  <p>(检验报告专用章) 签发日期 2020-03-20</p> </div>			
备 注	<p>1) 报告中的“—”表示此项不适用, 报告中“/”表示此项空白。</p> <p>2) 带“*”信息为委托方提供并为其负责。</p>			


批准:



审核:



主检:



职务:

副院长

质量
检测
10000


陕西省医疗器械质量监督检验院

检 验 报 告 (附页)


共 3 页 第 2 页

报告编号: Z2020K0417

检验依据		西安宝莱特光电科技有限公司《一次性使用医用口罩产品技术要求》		检品批号	20200302
规格型号		平面型耳挂式 17.5cm×9.5cm		检验日期	2020.03.19
序号	检验项目	条款号	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观	2.1	口罩外观应整洁、形状完好, 表面不得有破损、污渍。	符合要求	符合
2	结构与尺寸	2.2	口罩佩戴好后, 应能罩住佩戴者的鼻、口至下颌。	符合要求	符合
			尺寸 <u>17.5</u> cm, 最大偏差应不超过±10mm。	0mm~0.4mm	
			尺寸 <u>9.5</u> cm, 最大偏差应不超过±10mm。	1.2mm~1.5mm	
3	鼻夹	2.3.1	口罩上应配有鼻夹, 鼻夹由可塑性材料制成。	符合要求	符合
		2.3.2	鼻夹长度应不小于 8.0cm。	9.4cm~9.7cm	
4	口罩带	2.4.1	口罩带应戴取方便。	符合要求	符合
		2.4.2	每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于 10N。	符合要求	
5	通气阻力	2.6	口罩两侧面进行气体交换的通气阻力应不大于 49Pa/cm ² 。	30Pa/cm ² ~ 39Pa/cm ²	符合
备注: 无。					

审核人: 

复核人: 

检验人: 



陕西省医疗器械质量监督检验院
检验报告照片页

共 3 页 第 3 页

报告编号: Z2020K0417

照片和说明



Z2020K0417

样品描述

本品为应急检测产品, 检品见上图。

规格型号或其它说明

平面型耳挂式 17.5cm×9.5cm。

陕西省
医疗器械
质量监督
检验院